



Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych im. St. Kryziana w Starogardzie Gdańskim

ul. Skarszewska 7
tel.: (58) 56-20-600
REGON: 000293611
szpital@kocborowo.pl



83-200 Starogard Gdański
Fax: (58) 56-23-650
NIP: 592-18-67-506
www.kocborowo.pl

AG 261 – 28/20

Starogard Gdański, dnia 19.08.2020 r.

Wyjaśnienia III

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z wpływieniem wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, **na dostawę sprzętu medycznego**, przedstawia następujące wyjaśnienia :

Pytanie nr 1. Pakiet nr 4 i 5. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską ? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: *Zamawiający nigdzie w SIWZ odnośnie pakietu nr 4 i 5 nie postawił warunku uruchomienia, montażu i szkolenia.*

Pytanie nr 2. Pakiet nr 4 i 5. Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tych pakietach posiadały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.*

Pytanie nr 3. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający wymagać będzie wag ze zintegrowaną platformą (antypoślizgową) z pomostem wagowym co daje 100% bezpieczeństwa. W przypadku stąpienia przez pacjenta na róg wagi – waga z pacjentem się nie wywróci. Platforma luźno położona na pomoście i nie przymocowana niesie za sobą ryzyka kontuzji pacjenta, a w takiej sytuacji pacjent może dochodzić roszczeń od placówki.

Odpowiedź: *Zgodnie z opisem w SIWZ : „Platforma na której stoi pacjent zintegrowana z pomostem wagi”. „Antypoślizgowa powierzchnia platformy”.*

Pytanie nr 4. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 100g w całym zakresie? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: *Zgodnie w SIWZ Zamawiający wymaga : Działka elementarna 100 g < 150 kg > max 200 g. W związku z powyższym waga z dokładnością odczytu: 100 g w całym zakresie spełnia postawiony przez Zamawiającego wymóg.*

Pytanie nr 5. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z dokładnością odczytu: 200g < 200kg > 500g ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.*



Pytanie nr 6. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści wagę z podgumowanymi stopkami zamiast kółek transportowych? Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze w użyciu, gdyż stopki zapobiegają przypadkowemu przesuwaniu wagi.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.*

Pytanie nr 7. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem bez możliwości obracania?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.*

Pytanie nr 8. Pakiet nr 5. Czy Zamawiający będzie wymagał wagi z czterema podgumowanymi, łożyskowanymi, łatwo obracającymi się kółkami w tym 4 z hamulcem? Zastosowanie 4 kółek z hamulcem powoduje że waga jest bardziej stabilna. Takie rozwiązanie uniemożliwia przewrócenie się wagi z pacjentem podczas siadania i wstawania. Jednocześnie znacznie ułatwia pracę użytkownikowi, który nie musi się schylać i odkręcać dodatkowych stopek które powodują stabilizację wagi, a wystarczy nacisnąć nogą hamulec. Niektóre wagi nawet nie mają żadnego punktu podparcia z przodu.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.*

Pytanie nr 9. Pakiet nr 5. Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem max 250 kg i zakresem tary 250 kg?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.*

Pytanie nr 10. Pakiet nr 5. Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością odczytu 100 g w całym zakresie?

Odpowiedź: *Zgodnie w SIWZ Zamawiający wymaga : Działka elementarna 100 g < 150 kg > max 200 g. W związku z powyższym waga z dokładnością odczytu: 100 g w całym zakresie spełnia postawiony przez Zamawiającego wymóg.*

Pytanie nr 11. Pakiet nr 5. Czy Zamawiający będzie wymagał wagi krzeselkowej składanej? Nowatorska składana konstrukcja wagi krzeselkowej, pozwala na natychmiastowe złożenie wagi (w celu łatwiejszego przechowywania i transportu) nawet między pomiarami - waga składa się na zawiasach umiejscowionych pod oparciem oraz pod poręczą z panelem wagowym. Po złożeniu najwyższym punktem wagi jest siedzisko. Wszystkie kołka skrętne i z blokadą, podłokietniki uchylne.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.*

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych i eksploatacyjnych
mgr Jarosław Pleszkun